«БЕКІТЕМІН»
Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының
"Атырау облыстық перинаталдық орталығы" ШЖҚ КММ
«___» _____ 2023 ж.
Директоры _____К.А. Ермагамбетов

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысы сәйкес дәрі-дәрмек, ИМН
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы №21 хабарландыру

1. Тапсыры сберушінің, сатып алуды ұйымдастырушының немесе бірыңғай дистрибьютордың атауы **«Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық перинатальдық орталығы» ШЖҚ КМК**
2. Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атауы (сауда атауы – жеке өзіне жақпаған жағдайда) медициналық мақсаттағы бұйымдардың атаулары сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома: **жалғанған тізім бойынша**

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	Мизопростол 0,2 мг №4		штука	1520	132,92	202 038,40
2	Презерватив для УЗИ латексные	Для аппарата УЗИ из натурального латекса без смазки, не ароматизированный, гладкий, прозрачный, цилиндрической формы без накопителя для ректо-вагинального датчика аппарат ультразвукового исследования в гинекологии и проктологии. Материал: натуральный латекс, длина: 210 мм, толщина: 0,080-0,095 мм, ширина 28 мм, упаковка: гермитический индивидуальный пакетик из фольги, Изготовлен по международным стандартам, проверено электроникой.	штука	100	100,00	1000,00
3	Техпластин-тест 5 мл.	Тех пластин тест 4*25 тестов (100-200 определений, предназначен для оценки протромбинового времени свертования. Измерение проводят на коагу лометре или мануально. Определение протромбииового времени используется для тестирования факторов протромбинового комплекса (II протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия. Принцип метода Тромопластин (фактор III, тромбо киназа) превращает протромбин плазмы крови в присутствии ионов кальция в активный фермент тромбин, трансформирующий фибриноген плазмы крови в нерастворимый фибрин. Измеряется протромбиновое время - время образования фибрина в плазме крови в присутствии ионов кальция и тромбопластина (растворимого экстрата из мозга кролика).Коэфициент вариации результатов определения протромбинового времени не превышает 10% Допустимый разброс результатов определения промтромбинового времени в однай пробе плазмы крови разными на борами даной серии не превышает 10 %.	набор	5	40592,00	202960,00
4	Сульфасалициловая кислота		кг	5	14000,00	70000,00
5	Азотная кислота		литр	0,5	1000,00	500,00

6	Экспресс-тест для определения антитель к вирусу гепатита С(HCV) №25	Одноразовый иммуноферментный анализатор для качественного выявления антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в образцах цельной крови из пальца и образцах цельной крови, взятых при венепункции. Чувствительность: 99,5% Специфичность: 100% Воспроизводимость результатов: 100% тест-кассета в индивидуальной упаковке флакон-капельница с растворителем образца одноразовая пипетка ланцетное устройство с ланцетом спиртовые салфетки (2 шт.)	набор	10	26400,00	264 000,00
7	Гемоглобин- Агат	Набор реактивов для определения гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом Серия 17/970319	уп	1	12 199,00	12 199,00
8	Уксусная кислота концентрированная		литр	0,5	1 150,00	575,00
9	СРБ	СРБ-латекс Витал Lot 0034	набор	10	26 145,00	261 450,00
10	Диахим-гемистейн - РТЦ - Краска Алексеева	475 Для окраски мазков крови	фл	2	6 700,00	13 400,00
11	Тест полоски для определения прокальцитонина в крови PCT Rapid Quantitative Test	Wondfo KHPFinecare	уп	10	61 000,00	610 000,00
12	Весы напольные медицинские	Электронные весы разработаны для взвешивания людей или грузов в больницах, поликлиниках, лечебно-диагностических центрах, санаториях, учебных учреждениях и т.д. Весы укомплектованы дистанционным пультом управления с гибкой системой связи. Данные весы имеют автономное питание от аккумуляторов или батареек, которые встроены в пульт управления. На пульте управления расположены различные кнопки: включения и выключения, автоматической установки на ноль и экран, показывающий вес. Весы позволяют взвешивать любой груз или людей от 1 до 150 кг. Оснащены сигнализирующим устройством, которое срабатывает, извещая о перегрузке. На платформе весов запрещается размещать объекты массой больше 151 кг. Изделие снабжено индикатором информирования о разрядке источника питания. Есть возможность передавать информацию о результатах взвешивания на ПК (весы с индексом «И»). Весы оснащены устройством фиксации показаний. Дискретность отсчета ВМЕН-150 при массе от 1 до 100кг равна 50 г, а при массе от 100 до 150 г. Время взвешивания любых объектов не превышает 3 секунд, а погрешность измерений составляет от ±50 до ±200 г. Весы работают при оптимальной температуре от +10 до +40 градусов по Цельсию. Они достаточно долговечны: срок службы не менее 8 лет. Особенности весов: широкая сфера применения; пульт управления (позволяет размещать его в любом удобном для вас месте); автономное питание (весы можно использовать в местах с нестабильным электропитанием, либо же там, где оно отсутствует); оснащение необходимыми индикаторами и сигнализациями, что упрощает эксплуатацию данного устройства; при достаточном диапазоне массы (1-150кг) весы имеют достаточно небольшую	штука	1	62088,00	62088,00

		оснащение необходимыми индикаторами и сигнализациями, что упрощает эксплуатацию данного устройства; при достаточном диапазоне массы (1-150кг) весы имеют достаточно небольшую погрешность (±50… ±200г); моментальное взвешивание; передача результатов на ПК; удароустойчивый корпус, весы устойчивы к неблагоприятным внешним воздействиям; срок службы составляет 8 лет; вероятность безотказной работы в течение 2000 часов составляет свыше 90%. Наибольший предел взвешивания (кг) 150 Наименьший предел взвешивания (кг) 1 Предел допускаемой погрешности при эксплуатации (г) ±50..±200 Класс точности весов по ГОСТ 29329 и МР МОЗМ Р 76-1 средний Время измерения массы не более (сек) 3 Кол-во разрядов индикации значения массы на дисплее (шт) 6 Электропитание от элементов питания типа АА (шт) 3 Рабочий диапазон напряжения питания (В) от 4,6 и выше Диапазон рабочих температур (°С) +10..+40 Габаритные размеры грузоприемной платформы (мм) 300х300х60 Габаритные размеры выносного пульта (мм) 230х140х60 Масса электронных напольных весов с выносным блоком (кг) 3,6±0,1 Период автоматического отключения питания (мин) 5 Вероятность безотказной работы за 2000 часов 0,92 Средний срок службы не менее (лет) 8 Содержание драгоценных металлов нет				
Реагенты для Автоматизированного анализатора коагуляции крови серии SYSMEX CA-660						
13	Растворчистящий CA Clean I (cleaner), уп.(1 х 50 мл)	Раствор для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° С – 1 месяц. Фасовка: упаковка 1х50 мл.	Упаковка	50	67 200	3 360 000
14	Раствор промывочный CACleanII(rinse), уп.(1 х 500 мл)	Моющий раствор для очистки пробозаборника автоматизированного анализатора свертывания крови. Состав: Соляная кислота 0,16%, неионное поверхностно-активное вещество 0,50%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 5 до 35 ° С - 2 месяца. Фасовка: уаковка 1х500 мл	Упаковка	5	146 820	734 100
15	Реакционныекюветы (3х1000шт)	Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/ЕС Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики invitro.	Упаковка	10	484 000	4 840 000
16	Пробирки для образцов конические , уп(4мл х 100 шт)	Пластиковые конические чашечки для образцов емкостью 4 мл из прозрачного материала предназначены для аликвотирования плазмы из первичных пробирок крови при работе на анализаторах гемостаза. Цветовойкод:	Упаковка	3	53 640	160 920

		Прозрачные. Материал: Полистирол. Фасовка: 100 шт/уп.				
17	Control Plasma N 10 x for 1 ml (Контрольнаяплазма Control Plasma N 10 x на 1 мл)	Реагент для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированнаяпулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Фасовка: 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированныхфлаконах.	Упаковка	2	122 205	244 410
18	Control Plasma P 10 x for 1 ml (Контрольнаяплазма Control Plasma P 10 x на 1 мл)	Реагент для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированнаяпулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Фасовка: - 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можноподвергатьтолькоодномуциклузаморозки-разморозки.	Упаковка	2	148 128	296 256
19	Бумагадляпринтера CA 660	Бумагадляпринтера CA 660	Упаковка	6	33 624	201 744
20	Реагент для определения ThromborelS 10 x 4 мл (400 тестов)	Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Фасовка и количество тестов: - 10 x 4 мл (400 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). Коэффициент корреляции - 0,979.	Упаковка	15	56 470	847 050
21	Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл	Комплект калибратора предназначен для прямой калибровки протромбинового времени (ПВ) в МНО и % от нормы. Для определения местного значения МИЧ. Состав: шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калиброванa. Содержит пул плазмы человека,	Упаковка	2	173 520	347 040

		стабилизированный буферным раствором, не содержит консервантов. Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °С 8 ч.; - при температуре 15-25 °С 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °С 4 нед. Фасовка: - упаковка 6 х 1 мл. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Каждый комплект реагента содержит таблицу аналитических значений, относящихся к конкретной партии.				
22	Реагент для определения ActinFS 10 х 2 мл (400 тестов)	Реагент используется для определения активированного частичного тромбопластинового времени и в других процедурах. Цветовой код: Зеленый Реагент жидкий, готов к использованию. Состав: очищенные соевые фосфатиды в 1,0 × 10–4 растворе эллаговой кислоты с добавлением буфера, стабилизаторов и консервантов. После вскрытия реагент стабилен 7 дней при температуре от 2 до15 °С. Фасовка и количество тестов: - 10 × 2 мл (400 тесто Только для диагностики invitro. Реагент можно использовать как вручную, так и в автоматических анализаторах гемостаза. Некалибруется. Коэффициентвариациименеечем 4 % в нормальномдиапазоне.	Упаковка	15	70 056	1 050 840
23	Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 х 15 мл	Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °С. Фасовка: упаковка -10 х 15 мл.	Упаковка	8	60 520	484 160
24	Реагент для определения TestThrombin 10 х на 5 мл 500	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой плазме. Состав: Тест-тромбин реагент, лиофилизированный: стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина. Буферный раствор для тест-тромбин реагента: HEPES (25 ммоль/л), pH 7,4. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он (6 мг/л), 2-метил-4-изотиазол-3-он (2 мг/л).- Тест-набор 10 х 5 мл – 500 тестов (10 х 5 мл реагент и 1 х 50 мл буферный раствор); Референсный диапазон: 14 - 21 секунд. Для нормальной плазмы внутригрупповой коэффициент вариации 1,9%, а в межгрупповой - 2,5%. Коэффициент корреляции - 0,803.	уп	15	83 080	1 246 200
25	MultifibrenU 10 х 5 ml (Реагент для определения MultifibrenU 10 х 5 ml) 500 тестов	Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Цветовой код: Коричневый. Применяется для диагностики invitro. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л),	Упаковка	15	189 235	2 838 235

		полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера. Стабильность после растворения: - при температуре +37 °С - 8 ч. - при температуре +15-25°С – 1 дн. - при температуре +2-8°С – 5 дн. - при температуре -20°С - 2 месяца. Фасовка и количество тестов: -10 х 5 мл (500 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Границы измерения проходят от 0,8 до > 12 г/л или еще ниже при использовании более чувствительных инструментов. Внутригрупповой коэффициент вариации находится в диапазоне от 1,5 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. Межгрупповой коэффициент вариации изменяется от 2,0 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии.				
26	Fibrinogenstandardslevel 1-6 6x for 1ьл (Стандарт для фибриногена уровень 1-6 6х на 1 мл)	Реагент применяется для количественного определения фибриногена в человеческой плазме на полуавтоматических и автоматических анализаторах системы гемостаза. Применяется в клоттинговомметодеисследования.	Упаковка	3	195 072	585 216
27	Реагент для определения INNOVANCED-DIMER 1 набор 300 - большой	Реагент для количественного определения продукта распада фибрина – D-димера – в человеческой плазме.. Цветовой код: Реагент – Зеленый, Буферный раствор – Оранжевый, Дополнительный реагент – Желтый, Разбавитель образца – Белый, Калибратор – Красный.Состав: Реагент - лиофилизированный, частицы полистирола, покрытые моноклональными антителами к D-димеру (0,1 г/л), человеческий сывороточный альбумин (0,5 г/л). Консерванты: амфотерицин В, гентамицин. Буферный раствор – жидкий, солевой буферный раствор декстран 13 г/л, имидазол. Фасовка: упаковка-1 набор на 300 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	Упаковка	5	983 000	4 915 000
28	INNOVANCE D-DIMER Control 2 x 5 x 1 ml (Level normal and pathologic) (Контроль INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл. Норма и Патология)	Контрольные растворы, предназначены для определения точности и аналитического смещения в нормальном и патологическом диапазоне при выявлении D-димера. Цветовой код: Контроль 1- Синий Контроль 2 – Розовый. Состав: контроль 1 и контроль 2, представляют собой продукты на основе лиофилизированной человеческой	Упаковка	2	198 180	594 540

		плазмы, содержащие D-димер. Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (< 1 мг/л), азид натрия (< 1 г/л). Фасовка: 1 уровень (5x1 мл), 2 уровень (5x1 мл). Полученные значения должны находиться в диапазоне, указанном в таблице целевых значений, привязанных к серии.				
29	Буфер Оуренавероналовый, уп.(10 x 15мл)	Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Состав: 2.84 x 10-2 M sodium barbital in 1.25 x 10-1 M sodium chloride; pH 7.35 ±0.1. После распечатывания OVBUFFER стабилен 8 нед. при температуре от 2 до 8 °C. Фасовка: упаковка - 10 x 15 мл. Реагентжидкий, готов к использованию.	Упаковка	5	50 937	254 685

3. Жеткізу мерзімдері және шарты: Тапсырыс берушінің сұранысымен жыл бойы. ИНКОТЕРМС 2000: DDP;
4. Құжаттар Тапсырыс берушінің мекен-жайында, «Атырау облысы Денсаулық сақтау басқармасының «Атырау облыстық перинатальдық орталығы» ШЖҚ КМК, мекен-жайы: Атырау облысы, Атырау қаласы, адмирал Л.Владимирский көшесі,22А, сатып алу бөлімі қабылданады;
   Өтінімдері қабылдау басталу мерзімі: 13 маусым 2023 жыл, 15:00;
   Өтінімдері қабылдау аяқталу мерзімі: 19 маусым 2023 жыл, 15:00.
5. Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күні, мекен-жайы, уақыты - Атырау қаласы, адмирал Л.Владимирский көшесі,22А, сатып алу бөлімі, 19 маусым 2023 жыл, 17:00.

Дәрі-дәрмек және мем.сатып алу маманы - Г.Е.Хасанова, тел.: 8701 350 90 05